



Förskrivardirektiv
Rullstolar - manuella
Gunnel Karlsson

ISO 12 22 03 Manuella tvåhjulsdrevna rullstolar
ISO 12 22 18 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar

1 Förskrivare

Enklare rullstolar i standardutförande

- Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut

Avancerade rullstolar som beställs via beställningsunderlag

- Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut med kunskap och praktisk färdighet kring produkten.

2 Kriterier

Manuell rullstol

- Behov av hjälpmedel för självständig förflyttning.

Vårdarmanövrerad rullstol (transportrullstol)

- Behov av hjälpmedel för förflyttning, med framförande av annan person.
- Kan även beställas till särskilt boende/hemvårdsområde som arbetstekniskt hjälpmedel. Detta anges vid förskrivningen.

Rullstol med uppresningsfunktion

- Behov av regelbunden uppresning samt behov av uppresningsfunktionen i det dagliga livets aktiviteter, t ex kökssysslor. Den enskilde ska kunna köra stolen själv och själv kunna växla mellan uppresningsrullstolen och den befintliga inomhusrullstolen. Övriga uppresningsmöjligheter ska ha uteslutits.
- Ståträning motiverar inte förskrivning av rullstol med uppresningsfunktion.

3 Anvisning

Vid utprovning bör förskrivaren tänka på körergonomi, sittergonomi, behov av att kunna transportera rullstolen, rullstolens vikt et.c. Vid förskrivning av vårdarmanövrerad rullstol (transportrullstol) bör även vårdarens körergonomi beaktas.

För vissa modeller krävs beställningsunderlag/protokoll/orderguide.

De beställningsunderlag som gäller för Region Jämtland/Härjedalen finns på Hjälpmedel- och förrådsenhetens hemsida och sänds in komplett ifyllt. Leverantörens allmänna beställningsunderlag ska inte användas.

De flesta rullstolar kan förskrivas i WebSesam om de är i standardutförande.

Ansökan om rullstol med uppresningsfunktion görs alltid via särskilt hjälpmedelsbeslut.

4 Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Normalt underhåll: regelbunden rengöring, pumpning av däck mm. Återlämning av hjälpmedlet när behovet upphört. Egenansvar för rullstolsväskor och ev. andra tillbehör.

5 Tillbehör

Rullstolarna består i sitt standardutförande av chassi, arm- och benstöd, rygg- och sittklädslar. Detta är fabriksbundna tillbehör. Modellens upphandlade standardutförande finns beskrivet på hemsidan under produktinformation.

För brukarmanövrerat drivaggregat krävs särskilt hjälpmedelsbeslut (se förskrivardirektiv Rullstolar Drivaggregat).

6 Freewheel

Freewheel är ett tillbehör till rullstol Panthera avsett att öka framkomligheten för rullstol vid utomhusbruk på underlag som t ex grus, snö, gräs mm.
Freewheel ska ej framföras i höga farter.

Individuell behovsbedömning/riskbedömning med översyn av hjälpmedelsanvändarens förflyttningsmöjligheter utomhus ska göras innan förskrivning.

Rullstolens balansering ändras betydligt vid användande av Freewheel och en ny anpassning behöver göras i samband med utprovning.

Beställning av Freewheel görs i webbsam via alternativ bilaga/fritext innehållande behovsbeskrivning. Konsulent ska kontaktas innan förskrivning/beställning.

7 Uppföljning/utvärdering

I enlighet med fastställda mål och genomförd riskanalys.
Alltid direkt vid hemkomst om rullstolen förskrivits från/vid sjukhusvistelse.

8 Säkerhetsaspekt

Rullstolen ska provas ut i den miljö och under de förhållanden den ska användas.

9 Dubbelutrustning

Restriktiv förskrivning av fler än ett hjälpmedel av samma produkt.

Dubbelutrustning kan förekomma efter enskild behovsbedömning.

Modell av rullstol kan vara avgörande. Hänsyn tas till hur tungt/skrymmande rullstolen är, om den kan fällas ihop/demonteras, om den kan transporteras mellan olika platser, om den krävs för en specifik och speciell miljö eller situation samt användningsfrekvensen (dagligen eller minst 3 ggr/vecka).

10 Kostnadsansvar

Förskrivande enhet.

Den enskilde får själv inhandla och bekosta väskor.