

Förskrivardirektiv  
**Överflyttningsplattformar**

12 31 21 Överflyttningsplattformar med eller utan sitsstöd.  
12 31 15 Uppresningsbälten (här som tillhör till överflyttningsplattformar).

## 1. Förskrivare

Leg Fysioterapeut/Sjukgymnast, leg Arbetsterapeut

## 2. Kriterier

Person med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att:

- självständigt förflytta sig från en plats till en annan
- självständigt ändra kroppsställning till och från sittande/stående
- självständigt kunna flytta fötterna steg för steg framlänges/baklänges eller i sidled.
- Då behov finns för att undvika flera förflyttningssituationer eller för att skapa bättre arbetsutrymme.

## 3. Anvisning

Överflyttningsplattformar med eller utan sitsstöd får endast användas inomhus på plana ytor, för kortare förflyttning från en sittning till en annan.

Hjälpmedelsanvändaren ska klara av att sitta på sängkanten utan stöd men även ha tillräcklig muskelkraft och ledstabilitet för att kunna resa sig och bibehålla en stående ställning med stöd. Det vill säga användaren behöver kunna beslasta sina ben vid uppresningen, ha bålstabilitet samt gripfunktion.

Hjälpmedelsanvändaren ska klara av att följa instruktioner vid förflyttningssituationen.

Överflyttningsplattformen kan vid behov kompletteras med speciella uppresningsbälten/selar (tillbehör) för att göra förflyttningssituationen säkrare/enklare.

**Överflyttningsplattform utan sitsstöd:** enklare förflyttningshjälpmedel ska vara provade och uteslutna innan detta hjälpmedel förskrivs.

**Överflyttningsplattform med sitsstöd:** kan förskrivas om *överflyttningsplattform utan sitsstöd* inte fungerar eller medför en risk. Hjälpmedlet får **ej** användas i dusch/duschsituationer.

## 4. Säkerhetsaspekter

Risicanalys/bedömning görs utifrån varje enskilt fall. Viktigt att även ta del av hjälpmedlets bruksanvisning innan utprovning.

## 5. Uppföljning/utvärdering

Enligt förskrivningsprocessen.

## 6. Dubbelutrustning

Principen är att ett hjälpmedel förskrivs för att nyttjas i flera miljöer och i flexibla situationer. Dubbelutrustning tillåts därför endast i undantagsfall. Enskild bedömning ska göras.

## 7. Kostnadsansvar

Förskrivande enhet.